



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
GERÊNCIA DE SAÚDE

TERMO DE REFERENCIA CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE  
IMUNOBIOLOGICO

---

- TEMPERATURA: ENTRE  $0^{\circ}\text{C}$  +  $2^{\circ}\text{C}$  e +  $8^{\circ}\text{C}$ ,
- Possuir circulação de ar forçado
- Porta com vidro duplo,
- Capacidade: 120 litros ou aproximadamente 220 litros,
- Material de confecção: Polipropileno,
- Gabinete Interno: Aço Inoxidável,
- Possuir discador de Emergência,
- Possuir Sistema de Emergência: Bateria/no break
- Registro na ANVISA

  
Moria de Lourdes da Penha  
CPF: 356.429.201-20